

Ficha Técnica



Fita Teste de Glicose

Bioland G423-S

Apresentação do produto:

As fitas de teste de glicose no sangue são compatíveis com o Monitor de Glicose G 500 Bioland para medir quantitativamente a glicose no sangue.

Esta fita não requer codificação, pois utiliza uma tecnologia ao qual a calibração é incorporada no próprio reagente.

Características Técnicas

Composição	Glicose Oxidase (10%) Contato elétrico (50%) Enzima protetora (8%) Componentes não reagentes (32%)
Modo de medição	Tecnologia Amperométrica
Temperatura de armazenamento	4°C~40°C
Amostra de Sangue	0.7 (uL) microlitros
Faixa de medição	20 mg/dL ~ 600 mg/dL
Validade	2 anos

//

Nossas
Marcas:



Classe de Risco	III - alto risco
Registro da ANVISA	10410130047
EAN	4712803560808
NCM	3822.19.20
Fabricante	OK Biotech Co., LTD.
Importador	Controller Comércio e Serviços Ltda
Peso	Volume 10,000kg / Unidade 0,040kg
Dimensões	Volume 35*63*25 / Unidade 6*15*1,5
Pallet	3 de altura / amarração com 6 sólida

Responsável Técnico
Arthur Aurélio Bernardes
CRF/SC 15829

Edição 05.2023

//

Nossas
Marcas:

